



АРИОН

**Комплект маркировочных
знаков Элитест №2
(буквы латиница)**

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) (далее «маркировочные знаки») изготовлен в соответствии с ТУ 4276-052-96651179-2016 и предназначен для обозначения участков контроля и последующей их идентификации на радиографических снимках при проведении рентгеновского контроля.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Маркировочные знаки предназначены для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +45
Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °С), %, не более	98
Атмосферное давление, кПа	86,6 ÷ 106,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Материал маркировочных знаков	сплав свинца
Габаритные размеры знаков, В × Ш × Т, мм*	8±0,3 × 5,0±0,5 × 1,5±0,2
Габаритные размеры пеналов, Д × Ш × В, мм	40,0 × 16,0 × 5,0
Габаритные размеры коробки, Д × Ш × В, мм	155,0 × 143,0 × 38,0

* размеры букв соответствуют набору маркировочных знаков №2 по ГОСТ 15843-79.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница), включающий в себя: - буквы; - пенал; - пинцет; - коробка.	26 букв по 20 шт.; 5 шт.; 1 шт.; 1 шт.
Паспорт	1 экземпляр на партию

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В пенал при помощи пинцета набрать необходимое обозначение контролируемого изделия или его отдельного участка. После чего установить пенал в карман кассеты или непосредственно на изделие.

5.2 По окончании работ маркировочные знаки из пеналов разложить по соответствующим ячейкам коробки, предварительно очистив пеналы и знаки от грязи, масла и следов влаги.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование маркировочных знаков должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение маркировочных знаков должно осуществляться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.

6.3 В помещении для хранения маркировочных знаков не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию сплава свинца.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) соответствует требованиям ТУ 4276-052-96651179-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта маркировочных знаков Элитест №2 (буквы латиница) требованиям ТУ 4276-052-96651179-2016 при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Дата продажи _____
число, месяц, год

расшифровка подписи

подпись

МП

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «АРИОН», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru

сайт: арион.рф