



93967-24

ЛУПА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЭЛИТЕСТ ЛИ-3-10[×]

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Лупа измерительная Элитест ЛИ-3-10[×] предназначена для линейных измерений с десятикратным увеличением. Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706–83 и изготавливается в соответствии с ТУ 26.70.23-070-96651179-2017. Корпус лупы выполнен из прочного пластика, окуляр закрывается крышкой для защиты от повреждений при транспортировке и хранении.

2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1 - Метрологические характеристики лупы Элитест ЛИ-3-10[×]

Наименование параметра	Значение
Диапазон измерений линейной измерительной шкалы, мм	0 ÷ 20
Цена деления линейной измерительной шкалы, мм	0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейной измерительной шкалы, мм	± 0,02

Таблица 2.2 - Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Длина измерительных шкал: - линейной, мм; - угловой, град; - радиусов, мм; - окружностей, мм; - квадратов, мм.	от 0 до 30,0 от 0 до 90 от 0 до 10 от 0,1 до 3,0 от 0,3 до 2,5
Габаритные размеры лупы (с выдвинутым окуляром) (В × Ø), мм, не более	56 × 46
Масса, кг, не более	0,1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование	Количество
1	Лупа измерительная Элитест ЛИ-3-10 [×]	1
2	Крышка окуляра	1
3	Футляр упаковочный	1
4	Паспорт	1

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 4.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	+1 ÷ +40
Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), %, не более	80

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 5.1 Очистить поверхности измеряемого изделия чистой тканью.
- 5.2 Поставить лупу на поверхность измеряемого изделия.
- 5.3 Произвести измерения.
- 5.4 По окончании работы, протереть лупу сухой, чистой салфеткой и закрыть крышкой окуляр.

6 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Поверка осуществляется в соответствии с МП-867/05-2024 «Государственная система по обеспечению единства измерений. Лупы измерительные Элитест ЛИ-3-10[×]».

Периодичность поверки не реже одного раза в 12 месяцев.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение и транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лупа измерительная Элитест ЛИ-3-10[×] № _____ соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 и изготавливается в соответствии с ТУ 26.70.23-070-96651179-2017.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию лупы измерительной Элитест ЛИ-3-10[×], не ухудшающие эксплуатационные свойства и метрологические характеристики, без внесения изменений в настоящий паспорт.

личная подпись

расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие лупы измерительной Элитест ЛИ-3-10[×] требованиям ГОСТ 25706-83, ТУ 26.70.23-070-96651179-2017 при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки покупателю.

10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru

сайт: арион.рф